



Grupo Hospitalar Conceição
HOSPITAL N. S. DA CONCEIÇÃO S.A. (Matriz) CNPJ 92.787.118/0001-20 - Av. Francisco Trein, 596 F. (51) 3357.2000 - Porto Alegre - RS - CEP. 91350-200
HOSPITAL CRIANÇA CONCEIÇÃO CNPJ 92.787.118/0004-72 - Rua Álvares Cabral, 653 F. (51) 3357.2000 - Porto Alegre - RS - CEP. 91350-250
HOSPITAL CRISTO REDENTOR CNPJ 92.787.118/0003-91 - Rua Domingos Rubbo, 20 F. (51) 3357.4100 - Porto Alegre - RS - CEP. 91040-000
HOSPITAL FEMINA CNPJ 92.787.118/0002-00 - Rua Mostardeiro, 17 F. (51) 3314.5200 - Porto Alegre - RS - CEP. 90430-001
Vinculados ao Ministério da Saúde - Decreto n.º 11.798/2023

Comissão de Biossegurança do Grupo Hospital Nossa Senhora da Conceição (CIBio-GHC)
Rua Francisco Trein, 596, Porto Alegre, RS, Brasil, CEP- 91.350-200

ROTEIRO DE AUDITORIA DA COMISSÃO INTERNA DE BIOSSEGURANÇA – CIBio, EM UNIDADES QUE DESENVOLVEM/TRABALHAM COM ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA 1 e 2

IDENTIFICAÇÃO

Área com CQB:
Projetos:
Data da Aprovação na CIBio:
Equipe de Auditores:
Pesquisador que acompanhou a auditoria:
Tipo de Auditoria:
Data da Auditoria:

PESQUISADOR PRINCIPAL

Nome:
Fone:
E-mail:
Unidade operativa Auditada:
Endereço:
Laboratório com OGM:
Salas(s):

(Durante a visita é necessário avaliar a planta baixa da unidade).

ATIVIDADE(S) REALIZADA(S)

Ensino () Pesquisa () Serviço () Outro () Qual:
Número de pessoas envolvidas:
Nível de biossegurança do laboratório:
Tipos de OGMs:

1. Informações gerais de segurança gerais.



HOSPITAL N. S. DA CONCEIÇÃO S.A. (Matriz)
HOSPITAL CRIANÇA CONCEIÇÃO
HOSPITAL CRISTO REDENTOR
HOSPITAL FEMINA

Grupo Hospitalar Conceição

HOSPITAL N. S. DA CONCEIÇÃO S.A. (Matriz) CNPJ 92.787.118/0001-20 - Av. Francisco Trein, 596 F. (51) 3357.2000 - Porto Alegre - RS - CEP. 91350-200
HOSPITAL CRIANÇA CONCEIÇÃO CNPJ 92.787.118/0004-72 - Rua Álvares Cabral, 653 F. (51) 3357.2000 - Porto Alegre - RS - CEP. 91350-250
HOSPITAL CRISTO REDENTOR CNPJ 92.787.118/0003-91 - Rua Domingos Rubbo, 20 F. (51) 3357.4100 - Porto Alegre - RS - CEP. 91040-000
HOSPITAL FEMINA CNPJ 92.787.118/0002-00 - Rua Mostardeiro, 17 F. (51) 3314.5200 - Porto Alegre - RS - CEP. 90430-001

Vinculados ao Ministério da Saúde - Decreto n.º 11.798/2023

Comissão de Biossegurança do Grupo Hospital Nossa Senhora da Conceição (CIBio-GHC) Rua Francisco Trein, 596, Porto Alegre, RS, Brasil, CEP- 91.350-200

Símbolo do Risco Biológico e Identificação do Nível de Biossegurança no Laboratório:

Presente () Ausente ()

Acesso ao laboratório: Livre acesso () Apenas aos profissionais identificados ()

Registro de acesso ao laboratório: Com registro () Sem registro ()

Manual de Biossegurança do Laboratório: Presente () Ausente ()

Mapa de Risco Afixado em Local Visível na Porta de Entrada de cada setor de interesse (ex. laboratório, coleta, farmácia, etc) —detalhado e datado: Presente () Ausente ()

Kit primeiros socorros: Presente () Ausente ()

() Rede elétrica aterrada

() Instalações elétricas em conformidade com as normas vigentes

() Disjuntores identificados

() Reservatório de água (uso e incêndio)

() Fácil acesso para limpeza entre equipamentos

() Saídas de Emergência

() Área para armazenamento de EPIs

() Área para armazenamento de objetos pessoais

() Almoxarifado

2 Presença de cilindros de gás no interior do laboratório: () Sim () Não

3 O descarte de material contaminado por agentes químicos é feito separadamente? () Sim () Não

Principais agentes químicos utilizados:

4. Os resíduos de OGM são descontaminados antes do descarte? () Sim () Não

5. Há coletores especiais para descarte de perfurocortantes? () Sim () Não

6. Os perfurocortantes são descontaminados antes do descarte? () Sim () Não

7. As superfícies das bancadas são impermeáveis à água e resistentes ácidos, álcalis, solventes orgânicos e calor? () Sim () Não

8. O laboratório é dedetizado regularmente? () Sim () Não



Grupo Hospitalar Conceição
HOSPITAL N. S. DA CONCEIÇÃO S.A. (Matriz) CNPJ 92.787.118/0001-20 - Av. Francisco Trein, 596 F. (51) 3357.2000 - Porto Alegre - RS - CEP. 91350-200
HOSPITAL CRIANÇA CONCEIÇÃO CNPJ 92.787.118/0004-72 - Rua Álvares Cabral, 653 F. (51) 3357.2000 - Porto Alegre - RS - CEP. 91350-250
HOSPITAL CRISTO REDENTOR CNPJ 92.787.118/0003-91 - Rua Domingos Rubbo, 20 F. (51) 3357.4100 - Porto Alegre - RS - CEP. 91040-000
HOSPITAL FEMINA CNPJ 92.787.118/0002-00 - Rua Mostardeiro, 17 F. (51) 3314.5200 - Porto Alegre - RS - CEP. 90430-001
Vinculados ao Ministério da Saúde - Decreto n.º 11.798/2023

Comissão de Biossegurança do Grupo Hospital Nossa Senhora da Conceição (CIBio-GHC)
Rua Francisco Trein, 596, Porto Alegre, RS, Brasil, CEP- 91.350-200

9. Há tratamento para os efluentes? () Sim () Não

10. Tipo e as condições dos seguintes itens:

Piso:

Cortina:

Portas:

Ralos:

Teto:

Divisórias e paredes:

11. Práticas no laboratório:

- Há a presença de alimentos em geladeiras, *freezers*, micro-ondas e estufas no laboratório?

() Sim () Não

- Há a presença de bebidas em geladeiras, *freezers*, micro-ondas e estufas no laboratório?

() Sim () Não

- Há objetos pessoais na área laboratorial? () Sim () Não

- Há o uso regular de EPIs, quando indicado para a atividade? () Sim () Não

- Há o uso regular de EPCs, quando indicado para a atividade? () Sim () Não

12. Observações gerais:

Assinatura dos auditores



Grupo Hospitalar Conceição
HOSPITAL N. S. DA CONCEIÇÃO S.A. (Matriz) CNPJ 92.787.118/0001-20 - Av. Francisco Trein, 596 F. (51) 3357.2000 - Porto Alegre - RS - CEP. 91350-200
HOSPITAL CRIANÇA CONCEIÇÃO CNPJ 92.787.118/0004-72 - Rua Álvares Cabral, 653 F. (51) 3357.2000 - Porto Alegre - RS - CEP. 91350-250
HOSPITAL CRISTO REDENTOR CNPJ 92.787.118/0003-91 - Rua Domingos Rubbo, 20 F. (51) 3357.4100 - Porto Alegre - RS - CEP. 91040-000
HOSPITAL FEMINA CNPJ 92.787.118/0002-00 - Rua Mostardeiro, 17 F. (51) 3314.5200 - Porto Alegre - RS - CEP. 90430-001
Vinculados ao Ministério da Saúde - Decreto n.º 11.798/2023

Comissão de Biossegurança do Grupo Hospital Nossa Senhora da Conceição (CIBio-GHC)
Rua Francisco Trein, 596, Porto Alegre, RS, Brasil, CEP- 91.350-200

INSTALAÇÕES- ASPECTOS A SEREM AVALIADOS

		Sobre o acesso e estrutura da instalação			
Nº	PERGUNTA	S	N	Comentários	OBS
1	Dispõe de espaço suficiente para a movimentação entre as bancadas, equipamentos, permitindo o acesso fácil e correto às áreas?				
2	Há pia para lavagem de mãos?				
3	Há cesto com pedal e tampa , bem como sinalização de risco?				
4	As superfícies das bancadas são impermeáveis a água e resistentes a ácidos, álcalis, solventes e calor moderado?				
5	Paredes, piso, portas, janelas, bancadas atendem as especificações necessárias para um laboratório?				
6	Há barreiras físicas de acesso de insetos e roedores?				
7	O laboratório disponibiliza equipamentos de proteção individual e coletiva?				
8	Há autoclave ou sistema de descontaminação no interior ou próxima da sala NB2 (sem trânsito de OGMs em espaço de acesso público)?				
9	Há cabine de segurança biológica para manipulação dos OGMs?				
10	Os vestiários, lavatórios e sanitários estão situados em locais separados das áreas destinadas à experimentação?				
11	As bancadas atendem as especificações recomendadas?				
12	Visão geral da área				



Grupo Hospitalar Conceição
HOSPITAL N. S. DA CONCEIÇÃO S.A. (Matriz) CNPJ 92.787.118/0001-20 - Av. Francisco Trein, 596 F. (51) 3357.2000 - Porto Alegre - RS - CEP. 91350-200
HOSPITAL CRIANÇA CONCEIÇÃO CNPJ 92.787.118/0004-72 - Rua Álvares Cabral, 653 F. (51) 3357.2000 - Porto Alegre - RS - CEP. 91350-250
HOSPITAL CRISTO REDENTOR CNPJ 92.787.118/0003-91 - Rua Domingos Rubbo, 20 F. (51) 3357.4100 - Porto Alegre - RS - CEP. 91040-000
HOSPITAL FEMINA CNPJ 92.787.118/0002-00 - Rua Mostardeiro, 17 F. (51) 3314.5200 - Porto Alegre - RS - CEP. 90430-001

Vinculados ao Ministério da Saúde - Decreto n.º 11.798/2023

Comissão de Biossegurança do Grupo Hospital Nossa Senhora da Conceição (CIBio-GHC)

Rua Francisco Trein, 596, Porto Alegre, RS, Brasil, CEP- 91.350-200

		Sinalização da área			
Nº	PERGUNTAS	S	N	Comentários	OBS
13	Há aviso sinalizando o risco biológico, identificando o agente e o nome do pesquisador principal, endereço completo e diferentes possibilidades de sua localização ou outra pessoa responsável? (NB2)				
14	Há placa contendo proibição de ingestão e armazenamento de alimentos, fumar, beber, aplicar cosméticos?				
15	Há sinalização quanto aos requisitos necessários para a entrada no laboratório?				
16	Há proibição do uso de celulares?				
17	A área de manipulação de OGMs possui símbolo de risco biológico?				
18	Há sinalização da proibição de admissão de animais que não estejam relacionados ao trabalho em execução nas instalações?				
19	Há sinalização dos projetos em desenvolvimento identificando o pesquisador principal, endereço e telefone de contato?				
20	Há identificação dos telefones de emergência nas áreas do laboratório?				
21	Os equipamentos estão devidamente sinalizados?				
Práticas microbiológicas					
Nº	PERGUNTA	S	N	Comentários	Obs
22	Há equipamentos de proteção individual - EPI (jalecos, gorros, máscaras, óculos semifaciais, luvas) para proteção, que deverão ser utilizadas na área de trabalho?				



Grupo Hospitalar Conceição
HOSPITAL N. S. DA CONCEIÇÃO S.A. (Matriz) CNPJ 92.787.118/0001-20 - Av. Francisco Trein, 596 F. (51) 3357.2000 - Porto Alegre - RS - CEP. 91350-200
HOSPITAL CRIANÇA CONCEIÇÃO CNPJ 92.787.118/0004-72 - Rua Álvares Cabral, 653 F. (51) 3357.2000 - Porto Alegre - RS - CEP. 91350-250
HOSPITAL CRISTO REDENTOR CNPJ 92.787.118/0003-91 - Rua Domingos Rubbo, 20 F. (51) 3357.4100 - Porto Alegre - RS - CEP. 91040-000
HOSPITAL FÊMINA CNPJ 92.787.118/0002-00 - Rua Mostardeiro, 17 F. (51) 3314.5200 - Porto Alegre - RS - CEP. 90430-001

Vinculados ao Ministério da Saúde - Decreto n.º 11.798/2023

Comissão de Biossegurança do Grupo Hospital Nossa Senhora da Conceição (CIBio-GHC)

Rua Francisco Trein, 596, Porto Alegre, RS, Brasil, CEP- 91.350-200

23	Há normatização para utilização de agulhas e seringas hipodérmicas?				
24	São utilizadas centrífugas de segurança e frascos lacrados?				
25	As pipetas utilizadas dispõem de dispositivos mecânicos?				
26	Há descontaminação da superfície de trabalho antes e depois da manipulação de OGMs e sempre que há contaminação?				
27	Há descontaminação dos equipamentos que entrarão/entraram em contato com o OGM?				
28	Resíduos líquidos e sólidos são descontaminados por autoclavagem ou outro método que assegure a descontaminação antes do descarte?				
29	A retirada dos materiais contaminados da sala é feita por meio da utilização de recipientes rígidos?				
30	Os EPIs descartáveis são retirados pela equipe antes de deixar as instalações?				
31	É feita a lavagem das mãos ao sair do laboratório?				
32	É realizado trabalho com organismos não modificados no espaço físico em que é realizado o trabalho com OGM? (Especificar micro-organismos)				
33	A instalação provém de condições adequadas para descarte, descontaminação e lavagem de materiais?				
34	São tomadas as precauções com agentes químicos?				
35	Quando estão sendo manipulados OGMs há controle				



Grupo Hospitalar Conceição
HOSPITAL N. S. DA CONCEIÇÃO S.A. (Matriz) CNPJ 92.787.118/0001-20 - Av. Francisco Trein, 596 F. (51) 3357.2000 - Porto Alegre - RS - CEP. 91350-200
HOSPITAL CRIANÇA CONCEIÇÃO CNPJ 92.787.118/0004-72 - Rua Álvares Cabral, 653 F. (51) 3357.2000 - Porto Alegre - RS - CEP. 91350-250
HOSPITAL CRISTO REDENTOR CNPJ 92.787.118/0003-91 - Rua Domingos Rubbo, 20 F. (51) 3357.4100 - Porto Alegre - RS - CEP. 91040-000
HOSPITAL FEMINA CNPJ 92.787.118/0002-00 - Rua Mostardeiro, 17 F. (51) 3314.5200 - Porto Alegre - RS - CEP. 90430-001

Vinculados ao Ministério da Saúde - Decreto n.º 11.798/2023

Comissão de Biossegurança do Grupo Hospital Nossa Senhora da Conceição (CIBio-GHC)
Rua Francisco Trein, 596, Porto Alegre, RS, Brasil, CEP- 91.350-200

	especial da sala?				
36	Há armazenamento de OGMs? Detalhar				
Área de atendimento de sujeitos de pesquisa					
Nº	PERGUNTA	S	N	Comentários	Obs
37	Há áreas de atendimento/internação de sujeitos de pesquisa no local?				
38	Existe a necessidade de instalações com pressão negativa nos locais? Se sim, estão disponíveis?				
39	Qual o local de exaustão do sistema de pressão negativa instalado?				

Considerações adicionais e observações da equipe de auditoria:

Assinatura dos auditores